

Sundhedsstyrelsen
Strålebeskyttelse

Att.: Specialkonsulent Christina Scavenius Borg
chsb@sis.dk
sis@sis.dk

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K

Tel.: 70 25 77 11
Fax: 70 25 16 37
info@tandlaegeforeningen.dk
www.tandlaegeforeningen.dk

CVR nr. 21318418

Dato: 15. april 2019

Sagsbeh: MBO
E-mail: mbo@tdl.dk
Sagsnr.: hoering031_2019

Høring over udkast til fire reviderede bekendtgørelser i medfør af lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Tandlægeforeningen har følgende bemærkninger:

Bekendtgørelse om brug af strålegeneratorer:

Bilag 7: Der mangler beskrivelse af, at kravet til den firkantede tubus er udsat til 2023 for røntgenapparater med tubus, der er taget i brug før februar 2018.


Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse:

Kravet til at der skal være en medicinsk-fysisk ekspert med en uddannelse som hospitalsfysikeruddannelse inden for diagnostisk radiologi finder Tandlægeforeningen unødvendigt da CBCT apparater er overvåget af både den uddannede ansvarlige tandlæge og det firma, der udfører den lovpligtige kontrol. Endvidere volder kravet kapacitetsproblemer.


En gennemførelse af dette vidtgående forslag mangler således den nødvendige proportionalitet i forhold til formålet. Endvidere vil denne del af forslaget pålægge klinikkerne endnu en tung administrativ byrde.

Bekendtgørelserne om grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel samt bekendtgørelsen om brug af radioaktive stoffer har Tandlægeforeningen ingen bemærkninger til.

Med venlig hilsen



Susanne Kleist
Formand, tandlæge mTF



Joakim Lilholt
Adm. direktør