Til

Sundhedsstyrelsen, strålebeskyttelse

Sendt pr. mail: sis@sis.dk og liwip@sis.dk

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K

Tel.: 70 25 77 11
info@tandlaegeforeningen.dk
www.tandlaegeforeningen.dk

CVR nr. 21318418

Dato: 19. oktober 2026

Sagsbeh: SMA
E-mail: sma@tdl.dk
Sagsnr.: 02-0004-14

Høringssvar fra Tandlægeforeningen vedrørende udkast til Sundhedsstyrelsens vejledning om røntgenapparater til intraorale optagelser

Tandlægeforeningen takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet. Vi finder det positivt, at vejledningen opdateres og samler de praktiske anvisninger for strålebeskyttelse og kvalitetssikring.

Det er afgørende, at vejledningen tydeligt skelner mellem bindende krav og anbefalinger og understøtter en ensartet administration uden unødige byrder for klinikkerne.

Overgangen til de ændrede kontrolintervaller bør beskrives nærmere. Det gælder navnlig statuskontrol hvert femte år og de ændrede intervaller for eftersyn og audit.

Vejledningen bør med konkrete eksempler forklare, hvordan klinikkerne beregner næste kontrolfrist ud fra tidligere gennemførte kontroller. Desuden bør kontroloversigten tydeligt angive, hvilke intervaller der gælder for henholdsvis anmeldelsespligtig og tilladelsespligtig brug, så femårsintervallet for statuskontrol ikke fejlagtigt anvendes på tilladelsespligtig brug.

Ved kliniksalg og ændringer i CVR-nummer bør vejledningen præcisere, hvilken dokumentation der kan videreføres, når apparatur, indretning og anvendelse er uændret. En ændring af ejer eller juridisk enhed bør ikke i sig selv medføre unødvendig gentagelse af tekniske kontroller. Det bør samtidig fremgå entydigt, hvornår apparaturet må anvendes efter anmeldelse og registrering.

Vejledningen bør desuden tydeligt angive, hvilke apparattyper og anvendelser der er anmeldelsespligtige, og hvilke der kræver tilladelse til ibrugtagning. Det bør fremgå entydigt, hvornår anmeldelse skal ske, hvornår tilladelse skal være indhentet, og fra hvilket tidspunkt apparaturet må anvendes.

For standardafskærmning bør det tydeliggøres, at forudsætningen om højst 1.500 optagelser årligt ikke er et generelt loft over klinikkens aktivitet. Vejledningen bør forklare, hvordan optagelser opgøres ved flere apparater i samme rum, og hvilken vurdering og dokumentation der kræves ved et højere antal optagelser.

Brug af røntgenapparater uden for egne lokaler vedrører efter Tandlægeforeningens vurdering en meget begrænset kreds af brugere. Vejledningen bør derfor tage højde for de særlige behov, der gør sig gældende ved blandt andet retsodontologiske og militære opgaver. Eventuelle præciseringer bør understøtte, at disse opgaver fortsat kan varetages under forsvarlige strålebeskyttelsesmæssige forhold, uden at der opstilles unødigt begrænsende krav.

Sund mund - Sund krop #SundmundSundkrop

Endelig bør anbefalingen om, at mindst to personer varetager visse kontrolopgaver, klart fremstå som en anbefaling og kunne omsættes i mindre klinikker. Eksisterende digital dokumentation bør kunne genbruges.

Vi bemærker desuden, at fodnote 81 henviser til bekendtgørelse nr. 1386/2025, § 55, stk. 5, og fodnote 73 til samme bekendtgørelses § 69, stk. 4, selv om bekendtgørelsen ikke indeholder disse bestemmelser. Afsnit 9.1 henviser desuden til afsnit 12.3, selv om kvalitetssikringsrunden er beskrevet i afsnit 9.3. Henvisningerne bør derfor gennemgås systematisk før udgivelsen.

Tandlægeforeningen bidrager gerne til den videre præcisering af vejledningen, så den både sikrer et højt strålebeskyttelsesniveau og er praktisk anvendelig i tandlægeklinikkerne.





Torben Schønwaldt, tandlæge mTF
Formand

Isabel Brandt Jensen
Adm. direktør